



ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ  
ДП "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ"

1540 София, бул. "Брюксел" 1, тел. 9371637, 9371647, 9371648,  
факс: 9803864, e-mail: ognjan.dimitrov@atsa.bg



Лабораторията е акредитирана от ИА "БСА", съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2001 със  
Сертификат Рег. № 12-ЛК(17), валиден до 30.06.2008 г.

## СВИДЕТЕЛСТВО ЗА КАЛИБРИРАНЕ

№ 064/03.02.2005 г.

Средство за измерване: Честотомер цифров

Тип: FC-1200

Производител: "Lutron" - Англия

Идентификационен №: M073937

Наименование и адрес на заявителя: "КРАСИО" ЕООД,  
гр. Варна, ул. "Рила" 1А, ап. 10

Дата на калибриране: 01.02 – 03.02.2005 г.

Свидетелството съдържа: 4 страници

Извършил калибрирането: .....  
( инж. Гриша Петков )

Ръководител  
на лабораторията: .....  
( инж. Огнян Димитров )



Не се допуска използването на копия на свидетелства и части от тях,  
освен с писмено разрешение на лабораторията, издала свидетелството

**МЕТОД ЗА КАЛИБРИРАНЕ:**

РПК 5.4-12 Методика за калибриране на цифрови честотомери

**УСЛОВИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ:**

Температура на околната среда:  $(23 \pm 1)$  °C

Относителна влажност на въздуха:  $(55 \pm 2)$  %

Атмосферно налягане:  $(955 \pm 2)$  hPa

**СЪПОДЧИНЕНОСТ КЪМ ЕТАЛОН ОТ ЙЕРАРХИЧНАТА СХЕМА:**

1. Измервателна система на грешка на честотата, тип GPStat, "Odetics", САЩ.
2. Синтезатор на честота, тип GPStarplus, "Odetics", САЩ.
3. Цифров честотомер, тип HP 53132A, "Hewlett Packard", САЩ, Свидетелство за калибриране № 04E/08.07.2004 г. – ЛКПСИ, ДП РВД.
4. Функционален генератор, тип AFGU, "Rohde & Schwarz", Германия, Свидетелство за калибриране № 16E/24.03.3003 г – ЛКПСИ, ДП РВД.
5. ВЧ/СВЧ генератор, тип HP 83630B, "Hewlett Packard", САЩ, Свидетелство за калибриране № 03E/07.07.2004 г. – ЛКПСИ, ДП РВД.
6. Цифров мултиметър, тип HP 3458A, "Hewlett Packard", САЩ, Свидетелство за калибриране № 01E/06.07.2004 г. – ЛКПСИ, ДП РВД.
7. Нивоизмервател, тип URV35, "Rohde & Schwarz", Германия, Свидетелство за калибриране № 010152201 - Calibration Centre 05 "Agilent Technologies" - Италия от 13.12.2001 г.

Извършил калибрирането:  .....

*Не се допуска използването на копия на свидетелства и части от тях,  
освен с писмено разрешение на лабораторията, издала свидетелството*